



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.005761.11.21**

от

16 ноября 2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению; Медицинский центр ФИЛИАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАДАССА МЕДИКАЛ ЛТД"; г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, дом. 46, стр. 2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАДАССА МЕДИКАЛ ЛТД"

(ИНН:9909492395, ОГРН:10180001249)

Юридический адрес: г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, дом. 46, стр. 1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" СанПиН 2.6.1.-2368-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников" СанПиН 2.6.1.3288-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-40335-2 от 19.10.2021г.; Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 04/21/11/01 от 08.11.2021г. ООО "КАНОН" (аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710114).



Заключение действительно до

15.11.2026

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№ 3352681





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.16.000.M.005761.11.21** от **16 ноября 2021 г.**

Наименование организации: ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «ХАДАССА МЕДИКАЛ ЛТД»

Фактический адрес: г. Москва, г. Сколково, территория инновационного центра, Большого бульвар, д.46, стр.2

Проводятся работы: эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Объект, используемый для осуществления работ:

Кабинет ангиографии № 4-4.2-48 (4 этаж):

1)Комплекс ангиографический «DiscoveryIGS 7»,зав. № аппарата/трубки D4-21-003/232884GI7, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2021/2021,производство «GEMedicalSystemsSCS», Франция.

Кабинет ОФЭКТ/КТ № 1-1.1-14 (1 этаж):

2)Система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии/компьютерной томографии «NM/CT 870 DR»,зав. № 870A64155, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2021/2021,производство «GEMedicalSystemsIsrael, FunctionalImaging», Израиль.

Кабинет ПЭТ/КТ № 1-1.1-17 (1 этаж):

3)Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ «Discovery IQ»,зав. № PTW202100001PT, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2021/2021, производство «GEMedicalSystems, LLC», США

Кабинет № 4-4.2-40 (4 этаж):

4)Система мобильная рентгеновская с С-образной дугой «OECelite»,зав. № FBXXTE00707, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2021/2021,производство «GEOECMedicalSystems, Inc.», США.

Кабинет № 4-4.2-17 (4 этаж):

5)Аппарат рентгеновский «OPTIMAXR»,зав. № аппарата/трубки SB2202100002WK/0K0403, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2021/2021,производство «GEMedicalSystems, LLC», США.

Кабинет № 4-4.1-63 (4 этаж):

6)Аппарат рентгеновский «OPTIMA XR»,зав. № аппарата/трубки SB2202100003WK/0K1589, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2021/2021,производство «GE Medical Systems, LLC», США.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.16.000.М.005761.11.21** от **16 ноября 2021 г.**

Проводятся работы: эксплуатация источников ионизирующего излучения (закрытых радионуклидных)

Объект, используемый для осуществления работ:

Кабинет ПЭТ/КТ № 1-1.1-17 (1 этаж):

7) Калибровочный источник на основе (68Ge) германий-68, типа EG-0320, активность 55 МБк

8) Калибровочный источник на основе (68Ge) германий-68, типа VQC-68, активность 3,5 МБк

Проводятся работы: хранение источников ионизирующего излучения (закрытых радионуклидных)

Объект, используемый для осуществления работ:

Помещение № 0.5-04 (минус 1 этаж):

7) Калибровочный источник на основе (68Ge) германий-68, типа EG-0320, активность 55 МБк

8) Калибровочный источник на основе (68Ge) германий-68, типа VQC-68, активность 3,5 МБк

Проводятся работы: эксплуатация источников ионизирующего излучения (открытых радионуклидных)

Объект, используемый для осуществления работ:

Помещения подразделения радионуклидной диагностики (минус 1 и 1 этаж):

9) Фтор-18 (¹⁸F), годовое потребление 2,22x10¹³ Бк

10) Галлий-68 (⁶⁸Ga) генератор, годовое потребление 4,35x10¹¹ Бк

11) Технеций-99 (^{99m}Tc) генератор, годовое потребление 5,51x10¹² Бк

12) Йод-123 (¹²³I), годовое потребление 1,8 x10¹² Бк

Помещения подразделения радионуклидной терапии (минус 1, 1 и 2 этажи):

13) Йод-131 (¹³¹I), годовое потребление не более 1,83x10¹² Бк

14) Лютеций-177 (¹⁷⁷Lu), годовое потребление не более 3,43x10¹² Бк

15) Стронций-89 (⁸⁹Sr), годовое потребление не более 7,5x10⁹ Бк

16) Иттрий-90 (⁹⁰Y), годовое потребление не более 3,6x10¹⁰ Бк

17) Самарий-153 (¹⁵³Sm), годовое потребление не более 4,2x10¹¹ Бк

18) Радий-223 (²²³Ra), годовое потребление не более 5,0x10⁸ Бк

19) Актиний-225 (²²⁵Ac), годовое потребление не более 1,0x10⁸ Бк



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.16.000.М.005761.11.21 ОТ 16 ноября 2021 г.

Проводятся работы: хранение источников ионизирующего излучения (открытых радионуклидных)

Объект, используемый для осуществления работ:

Помещения № 0.5-10 (минус 1 этаж):

9) Фтор-18 (^{18}F), максимальная активность не более $3,7 \times 10^{10}$ Бк

10) Галлий-68 (^{68}Ga) генератор, максимальная активность не более $3,7 \times 10^9$ Бк

11) Технеций-99 ($^{99\text{m}}\text{Tc}$) в элюате, максимальная активность не более $1,9 \times 10^{10}$ Бк

Помещение № 0.5-04 (минус 1 этаж):

12) Йод-123 (^{123}I), максимальная активность не более $2,0 \times 10^9$ Бк

Помещения № 2.4-21 (2 этаж):

13) Йод-131 (^{131}I), не более 3 контейнеров.

14) Лютеций-177 (^{177}Lu), не более 4 контейнеров.

15) Стронций-89 (^{89}Sr), не более 2 контейнеров.

16) Иттрий-90 (^{90}Y), не более 4 контейнеров.

17) Самарий-153 (^{153}Sm), не более 4 контейнеров.

18) Радий-223 (^{223}Ra), не более 4 контейнеров.

19) Актиний-225 (^{225}Ac), не более 2 контейнеров.

Проводятся работы: хранение РАО

Объект, используемый для осуществления работ:

Помещение временного хранения РАО подразделения радионуклидной диагностики № 0.5-04 (минус 1 этаж):

-Максимальная мощность эквивалентной дозы - 3,2 мкЗв/ч.

Помещение временного хранения РАО (ТРО) подразделения радионуклидной терапии № 0.6-08 (минус 1 этаж):

-Максимальная мощность эквивалентной дозы - 2,5 мкЗв/ч.

Станция спецочистки ЖРО подразделения радионуклидной терапии № -1.3-03 (минус 1 этаж):

-Максимальная мощность эквивалентной дозы - 9,8 мкЗв/ч.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

